BSL Espil-10 Guía del usuario

Espil BSL-10 Instrucciones de uso
Por seguridad y para garantizar resultados de calidad, el Manual del usuario
completamente antes de comenzar a utilizar el Espil BSL-10. Nosotros
Recomiendo leer este manual de instrucciones cuidadosamente antes de
de cada uso o cuando la unidad está roto.

Espil BSL-10 puede utilizarse de manera segura, fácil y eficaz en un
ambiente en el hogar típico, sin necesidad de receta médica.
Por favor, lea todas las advertencias y precauciones de seguridad antes de su uso, y
estrictamente los siguen utilizando Espil BSL-10.

Tabla de tonos de piel
Seleccionar el color más apropiada para el color de la piel
en el área que está tratando.
No utilice Espil BSL-10 en la piel naturalmente oscura.
El tratamiento de piel oscura con Espil BSL-10 puede dar lugar a negativas
efectos tales como quemaduras, ampollas y cambios en la piel de color. (hiper-
o hipopigmentación)

<table De Contents>
¿Qué es Espil BSL-10
Advertencias y seguridad de información
Precauciones
Al no utilizar
Contenido del paquete y de Descripción de Dispositivo
Usos de Espil BSL-10
Guía rápida
Sustitución del cartucho de la lámpara
Planifique su Espil BSL-10 de depilación para obtener mejores resultados
Sobre la piel del color del sensor Preguntas más frecuentes
Limpieza y eliminación
Solución de problemas
Rendimiento medio ambiente
Especificaciones
Garantía
Atención al cliente

¿Qué es Espil BSL-10
Espil BSL-10 se basa en la IPL (Luz Intensa Ventajas) la tecnología
que es considerado como el más eficaz y seguro en el día de hoy
los mercados. La definición de la FDA de la reducción permanente del pelo
afirma que, tras el tratamiento ha terminado un mínimo de 30
meses sin un nuevo crecimiento deben ser observadas. Espil BSL-10 es
las más innovadoras del cabello basados en la luz dispositivo de eliminación para el uso en
la privacidad de su propia casa.

Para lograr la eliminación del vello, es necesario no sólo para destruir
el pelo, pero para destruir las células madre que generan el cabello. Es
Es importante entender que el pelo es sólo un conducto para
la energía de la luz, y el objetivo para el éxito permanente del pelo
la reducción es destruir las células madre que hacen que el pelo
folículo. El Espil BSL-10 dispositivo del retiro del pelo en casa es un pequeño,
portátil IPL. Las especificaciones del dispositivo incluyen
longitudes de onda de la luz de 475 a 1200nm.

eliminación de cabello a base de luz no es adecuado para, naturalmente, más oscuro

tonos de la piel o la piel bronceada.
Para addreses este problema, un único sensor de color de la piel se incrusta en el Espil BSL-10 para medir la flexibilidad de la piel tratada en Al comienzo de cada período de sesiones y de vez en cuando durante el período de sesiones. El sensor de color de la piel se asegura de que solamente los pulsos se emitida en los tonos de piel adecuado, en función del trabajo de adivinar el tratamiento. Espil BSL-10 incorporado en el sensor de color de la piel es diseñado para medir la complexión de la superficie aplicada y permitir la aplicación sólo en la tez de piel adecuado. Este característica única de seguridad no le permiten el tratamiento de la piel donde se demasiado oscura o bronceada también. Por otra parte, los 20 x 30 mm ² óptica lente a través del cual los pulsos de luz que se entregan se ahueca en el interior del cartucho de la lámpara en la punta del aplicador. Esto permite a los Espil BSL-10 para proteger la piel evitando el contacto directo entre el zoom óptico y la piel.

Espil BSL-10 no está diseñado para todos. Por favor, lea y examinar la información en la sección siguiente antes de su uso. Para más información y asesoramiento personalizado también puede en contacto con nuestro centro de servicio al cliente. Si no está seguro si Espil BSL-10 es seguro para su uso, consulte a su médico o dermatólogo.

Advertencias y seguridad de información
Al igual que con cualquier dispositivo eléctrico, algunas precauciones deben ser adoptadas con el fin de garantizar su seguridad cuando se utiliza Espil BSL-10. Espil BSL-10 es un aparato eléctrico. Como tal, siempre debe mantenerse alejado del agua.

NO utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos o otros recipientes que contengan agua.
No toque el aparato con las manos mojadas.

Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños. El BSL Espil-10 no debe ser utilizada en o por niños menores de 15 años.

No use una toalla para recoger el aparato en el caso de recalentamiento durante el uso.

El ruido del ventilador - El ventilador de enfriamiento de Espil BSL-10 hace ruido similar a un secador de pelo. La circulación de aire que proporciona mantiene los componentes enfriado a temperaturas normales de funcionamiento. Esto es normales.

Nota: No fuerce el dispositivo. Debido a que el filtro puede sobrecalentamiento. En el caso de sobrecalentamiento apague el dispositivo de deje que se enfríe.

Cuando Espil BSL-10 sesión se ha completado a su vez Espil BSL-10 pulsando el encendido / apagado entonces. Desconecte el poder cable de la toma de corriente. (Para desconectar el dispositivo no tire del cable)

Un cartucho de lámpara desechables también debe ser reemplazado si su objetivo está roto. La lente permite Espil BSL-10 para proteger su piel evitando el contacto directo entre la lámpara y la piel.

El sistema viene con el cable de alimentación Espil BSL-10. Por favor, no utilizar cualquier otro cable de alimentación. Si lo hace, podría provocar lesiones.

El BSL Espil-10 es compatible con el 100 - fuentes de alimentación 240V.

Utilice un paño seco para limpiar la superficie de la lámpara del filtro de cualquier
polvo. Por favor, no utilice acetona, alcohol, o cualquier otro
inflamables, soluciones de limpieza en la superficie del filtro.

Si su Espill BSL-10 se ha roto, dañado, en necesidad de reparación o
para cualquier otro tipo de asistencia Espil BSL-10 de usuario, póngase en contacto con
Espil BSL-10 centro de servicio al cliente.

No intente abrir o reparar su Espil BSL-10 del dispositivo. Un
centro de reparación autorizado debe realizar todas las reparaciones. Póngase en contacto con
Atención al cliente para gestionar la reparación de una rotura o desperfecto
dispositivo.

Precauciones
Si bien la aplicación del tratamiento, un flash puede ser visto procedentes de
el aplicador principal. No coloque su rostro cerca o exponer su
ojos para el flash. Es altamente recomendable que use la
"Espil BSL-10 gafas de seguridad" incluido.
Evite Espil BSL-10 en la complexión de la piel naturalmente oscura o
recientemente, la piel bronceada.
El tratamiento de piel oscura con Espil BSL-10 puede dar lugar a negativas
efectos tales como quemaduras, ampollas y cambios de color de la piel (hiper-
o hipopigmentación). Un único sensor de color de la piel se incrusta
Espil en BSL-10 para medir la flexibilidad de la piel tratada en la
comienzo de cada período de sesiones y de vez en cuando durante la sesión.
El sensor de color de la piel se asegura de que solamente los pulsos se emiten
en los tonos de piel adecuado.

Elija cuidadosamente sus niveles de energía!
El nivel de energía se refiere a la intensidad del pulso de luz
que se proyecta en la piel durante el uso, desde el más bajo
nivel (-) al nivel más alto (+). El indicador se ilumina en la
panel de control de ilustrar el nivel de energía en el que la máquina
se establece. Siempre comience su primer Espil BSL-10 la eliminación del pelo
período de sesiones en el ajuste más bajo de energía. Si poca experiencia
o ninguna molestia durante y después de la sesión de depilación
utilizando el nivel más bajo de energía, elevar el nivel de energía por el
indicador de luz en el próximo período de sesiones, y así sucesivamente para cada uno
siguiente período de sesiones. A medida que aumenta el nivel de energía, también lo hacen los
resultados de Espil BSL-10, así como el riesgo de efectos secundarios.

El Espil BSL-10 no debe ser utilizada en o por los niños en el marco del
15 años de edad. Los niños de 15 a 18 se puede utilizar este dispositivo bajo
supervisión de los padres.

Asegúrese de que el indicador Listo está encendido! Si la lista
indicador no se enciende, a su vez Espil BSL-10 y vuelva a encenderla
pulsando el encendido / apagado en dos ocasiones.
(Esto puede ser causado por descargas eléctricas o las pilas
puede estar muerto)

Trate de evitar la superposición de pulsos! No se trate de la misma zona de
la piel más de una vez por cada período de retiro de pelo! La superposición de la
misma zona-objetivo puede causar una quemadura.
En su mayor efecto, debe volver a aplicar cada 10-15 días.

Espil BSL-10 no está recomendado para uso alrededor de los ojos o en la oscuridad
la piel.

Al no utilizar
Si usted tiene un historial de cáncer de piel o áreas de potencial de la piel
neoplasias malignas
Si usted ha estado en un régimen de esteroides
Si usted ha tenido, o están a la radioterapia o quimioterapia
Si usted tiene un tatuaje o maquillaje permanente en la zona de tratamiento
Si usted tiene una enfermedad febril (más de 38 grados)
Si usted tiene presión arterial anormal
La tuberculosis, o cualquier otra enfermedad infecciosa aguda o
Si usted está embarazada o en lactancia (lactancia)
Si usted tiene un trastorno del corazón
Si usted tiene alguna enfermedad de la piel
Si usted tiene alguna otra condición que a su médico
dictamen lo haga inseguro para que usted pueda ser tratado.
Si usted tiene alergias
Si usted ha estado expuesto a la luz solar fuerte o un bronceado artificial
máquina dentro de la semana pasada.

Espil BSL-10 Contenido del paquete y de Descripción de Dispositivo
Al abrir la Espil BSL-10 paquete, se encuentra el
siguientes partes:
Base de la unidad
Cartucho de la lámpara desechables
Cable de
Gafas de seguridad
Instrucciones de uso

Por favor, lea y comprenda el nombre de las piezas antes de operar
esta unidad.
1. Pulso el botón
2. Aplicador
3. Unidad Base
4. Panel de control

1. casquillo desechable
2. Color de la piel censura
3. Cubierta de los cartuchos
4. Aplicador

Usos de Espil BSL-10
La piel debe ser afeitado, limpio, seco y libre de polvos,
antitranspirantes o desodorantes.
Conecte el cable de alimentación de CA en el Espil BSL-10 toma la unidad base.
A continuación, pulse el botón de encendido / apagado para encender Espil BSL-10 en.
Ajuste la configuración de energía. Su Espil BSL-10 es de forma automática
puesto en el nivel más bajo de energía. Si poca o ninguna experiencia
molestias durante y después de la sesión de depilación con el
nivel más bajo de energía, elevar el nivel de energía por un indicador
luz en el próximo período de sesiones, y así sucesivamente para cada subsiguiente
período de sesiones.

<X> Cuando hay un error de sistema de la luz parpadea. A su vez Espil
BSL-10 y vuelva a encenderla de nuevo pulsando el botón de encendido / apagado
dos veces el interruptor.

<[]> Esta luz indica que no hay cartucho de lámpara
instalado.
</> El indicador Listo se encenderá para indicar que
su Espil BSL-10 está listo para un pulso. Después de aprox. 4-7
segundos, la luz indicadora de listo se encenderá de nuevo. Continuar
para administrar los pulsos hasta que el área de la piel deseada está cubierto.

Usando una presión firme, aplicar la punta del aplicador en la piel. Se
Asegúrese de que el área que va a tratar se distribuyan de forma equilibrada y
sin problemas, y que la punta del aplicador se encuentra en pleno contacto con la
la piel para destruir las células madre (papila) responsable de
el crecimiento del cabello.
Pulse el botón de pulso para emitir un pulso. Usted verá un destello de
la luz y escuchar un sonido pop. Se trata de un pulso de luz normal de
Espil BLS-10. Después de emitir un pulso, retire la punta del aplicador
de la piel. Si mantiene la punta del aplicador sobre la piel
después de pulsar el botón. Puede causar una quemadura.
El dispositivo está diseñado para determinar la complexión de la piel adecuada
dentro de 0.5 segundos de haber presionado el botón de pulso. Si los usuarios
tez de la piel no es adecuado para el tratamiento, el dispositivo
no funciona. Después de que el dispositivo determina que la piel es de
complexión adecuada, será el pulso después de 0.5 segundos ha
transcurrido.
Después de aprox. 07.04 segundos, la luz indicadora de listo a su vez,
de nuevo, acompañada de un pitido, para indicar que la Espil
BSL-10 está listo para otro pulso. El pitido después de cada
Flash es para indicar cuando la máquina está lista y con cargo a
tener otra oportunidad.
Cuando Espil BSL-10 sesión se ha completado a su vez Espil BSL-10
pulsando el encendido / apagado. Desconecte el cable de alimentación
de la toma eléctrica.
El área tratada con Espil BSL-10 se pueden limpiar y
mantenido con los productos estándar de cuidado de la piel. debe prestar especial atención
deben adoptarse para evitar la exposición al sol sin protección y es aconsejable
No tome una ducha de agua caliente durante 1-2 días después del tratamiento.
protectores solares fuertes (30 + SPF) y ropa que cubra son adecuados
para la protección contra el sol.

Guía rápida
Cada vez que
-La piel debe estar afeitados, limpios y secos
-Elija el ajuste de la energía con cuidado
-Asegúrese de que el área de la piel que va a tratar se propaga
uniformemente y sin problemas, y que la punta del aplicador es en su totalidad
contacto con la piel.
-Por seguridad y para garantizar resultados de calidad, el Manual del usuario
completamente antes de comenzar a utilizar con Espil BSL-10
Durante el tratamiento
Antes de usar Espil BSL-10, afeitar el área va a tratar,
y hacer que la piel esté completamente seca y limpia. (Pero no,
encerado.)
Vamos poco a poco los pelos se caen por su propia cuenta. Esto puede
tardar hasta 10 ~ 14 días.
Después de 10 - 14 días de tratamiento, los folículos del pelo se dañe
y
incapaz de producir cabello nuevo.
En su mayor efecto, debe volver a aplicar cada
10-15 días.

Espil BSL-10 normalmente se necesita para el tratamiento de un área de 5 a 6 meses.

El pelo primera sesión del retiro
Después de la sesión de depilación en primer lugar, es posible que no resultado notable.
Su piel puede convertirse en derecho roja después de usar Espil BSL-10 o el plazo de 24 horas de uso de Espil BSL-10. Enrojecimiento generalmente desaparece en un plazo de 2 a 3 días.
Después de 1 mes (2 - 3 tratamientos)
Es posible que algo de cabello volverá a crecer más ligero y más fino después del tratamiento con Espil BSL-10. Por lo general, estos pelos son una fracción de lo que originalmente era allí, y la continuación del tratamiento deberían producir el resultado deseado en el resto del cabello.
Después de dos meses (4-6 tratamientos)
espeso cabello oscuro responde mejor a estos tratamientos basados en la luz.
La mayoría de los hombres notan cambios significativos después de 4-6 sesiones.
Después de los primeros 2 meses de tratamiento, las sesiones deben ser limitarse a una vez al mes.
Después de 4-6 meses (seis sesiones a lo largo)
Usted puede lograr una reducción significativa en el crecimiento del cabello
Mantenimiento sesiones de depilación con Espil BSL-10 puede ser requiere de vez en cuando (una vez o dos veces al año)

Nota: La eficiencia de eliminación del vello varía de persona a persona de acuerdo a la zona del cuerpo, color del pelo, y cómo Espil BSL-10 utilizados.

Sustitución del cartucho de la lámpara
El cartucho de la lámpara desechables pronto será reemplazado cuando el casquillo desechable ha llegado de su vida útil posible.
Asegúrese de desenchufar el aparato antes de reemplazar el cartucho.

1. Desconecte el aparato antes de reemplazar el cartucho.
2. Retire la tapa del cartucho. Al abrir la tapa, dar un fuerte tirón hacia arriba como se indica a continuación en el número de foto 0.2
3. Saque el cartucho gastado, su sustitución por el nuevo cartucho, asegúrese de seguir las instrucciones que aparecen a continuación en cuadro número 3.
4. Al poner la tapa en el dispositivo, asegúrese de seguir las instrucciones que aparecen a continuación en la imagen número 4.

Mientras que sustituir el cartucho no utilice objetos afilados para palanca hacia fuera.
Esto puede causar daños en el equipo o lesiones por electricidad choque.

El Espil BSL-10 cartucho de lámpara desechables pueden disparar 3000 ~ 8000 pulsos de luz.
La vida útil del cartucho está directamente afectado por el poder ajuste.

Cuando la luz se atenúa en el cartucho que pronto será necesario para reemplazar el cartucho de lámpara desechables.

Planifique su Espil BSL-10 de depilación para obtener mejores resultados
La piel debe ser afeitado, limpio y seco, y libre de polvos, antitranspirantes o desodorantes.

Afeitado reduce el dolor durante el uso y la posibilidad de la quema
su piel, eliminando el vello de la superficie.

Usted debe comenzar con la baja por primera vez y
aumentar a medio o configuración de ALTA sobre la base de su comodidad
nivel. El nivel de energía determina la intensidad de la BSL Espil-
10 pulso de luz emitido a su piel, desde el nivel más bajo (-
) Al nivel más alto (+). A medida que aumenta el nivel de energía, también lo hace
resultados de depilación, así como el riesgo de secundarios
efectos y complicaciones. Debe utilizar un ajuste más bajo si
el dolor que está experimentando, la zona está enrojecida o tiene
manchas.

Espil BSL-10 elimina el vello no deseado de forma selectiva frente a
pigmento del pelo. cantidades variadas de pigmento también existen en el
el tejido circundante de la piel. La cantidad de pigmento en un
piel persona en particular, o su complexión de la piel, determina
el grado de riesgo a que están expuestos al uso de Espil BSL-10 del pelo
la remoción del dispositivo.

La mayoría de los usuarios se sienten algunas molestias leves durante el uso, por lo general
describe como una sensación de escozor leve en el tratado
áreas de la piel. La sensación de picadura suele durar durante el
momento de la propia aplicación o por unos pocos minutos después.
o la piel puede convertirse en derecho roja después de usar Espil BSL-10 o
el plazo de 24 horas de uso de Espil BSL-10. Enrojecimiento generalmente desaparece
en un plazo de 24 horas.

En casos raros, la piel tratada puede llegar a ser muy roja e hinchada.
Debido a que la configuración de nivel de energía es demasiado alto. Consulte a su
médico si el enrojecimiento no desaparece en una semana. A continuación,
no debe seguir utilizando Espil BSL-10 hasta el enrojecimiento desaparece
arriba.

Nota: El bajo consumo de energía utilizado en Espil BSL-10 reduce su potencial
causar daños o complicaciones, y contribuye a su general
la seguridad.

Las compresas frías y la crema hidratante se recomienda para el post
tratamiento, atención y reducir al mínimo los efectos secundarios del tratamiento
caso de que ocurran. Después de su sesión de Espil, un alto nivel de rayos UV
protección solar (SPF 30 +) o la ropa que cubre son adecuados para
protección contra el sol. O aplicar la crema hidratante para secar y
recalentado la piel para calmar enrojecimiento de la piel y mantener la elasticidad.

Sobre la piel del sensor
El color de la piel del sensor de luz del pelo basado en la eliminación de la piel más oscura
tonos pueden dar lugar a efectos adversos tales como quemaduras, ampollas,
y los cambios de color de la piel (hiper o hipopigmentación).
Para evitar estos abusos, un único PIEL COLOR SENSOR en Espil
BSL-10 mide la flexibilidad de la piel tratada al principio de
cada período de sesiones y de vez en cuando durante la sesión. Si la piel
COLOR sensor detecta un tono de piel es demasiado oscuro para Espil
BSL-10 aplicaciones, el dispositivo dejará de emitir
pulsos.
Si no ve ningún pulso de luz, esto es una indicación de que su piel
tono, medido por el sensor de color de piel, es demasiado oscura para los seguros
solicitud. Trate de usar el dispositivo en una parte del cuerpo diferente o
Espil en contacto con el BSL-10 de apoyo.

Preguntas más frecuentes de Espil BSL-10

P: Acerca de la tecnología IPL?
Espil BSL-10 se basa en pulsos de luz intensa (IPL)
que es un dispositivo personal combinado de la energía basada a largo plazo
eliminación del vello. Para lograr la eliminación del vello, es necesario no sólo
para destruir el pelo sino para destruir las células madre que crean
el cabello. Es importante entender que el pelo es sólo una
conducto para la luz, y el objetivo para el éxito permanente
la reducción del vello es destruir las células madre que hacen que el pelo
folículo. El Espil BSL-10 dispositivo del retiro del pelo en casa es un pequeño,
portátil IPL. Las especificaciones del dispositivo incluyen
longitudes de onda de la luz de 475 a 1200nm.

P. ¿El Espil BSL-10 removedor de pelo permanente entrega
resultados?
Espil BSL-10 se basa en la IPL (Luz Intensa Ventajas) la tecnología
que es considerado como el más eficaz y seguro en el día de hoy
los mercados. Es importante comprender más acerca de IPL y cómo
funciona en la piel. Al igual que con cualquier pelo basada en la luz o láser
dispositivo de eliminación, los resultados no son inmediatos y pueden tomar unos pocos
tratamientos.

Con 3 ~ 6 sesiones, un éxito del 70 ~ 90% de la tasa en la zona tratada
se logra en general.
Cada pelo en nuestro cuerpo pasa a través de las tres fases de la
ciclo de crecimiento del pelo: anágena, catágena y telógena. Estas fases
tienen un impacto importante en cómo el proceso de cabello basada en la luz
las obras de eliminación. Anágena (84%) es la fase de crecimiento del vello,
Catágena (2%) y telógeno (14%), son las dos fases de reposo. En cualquier
momento dado la mayoría de los folículos del pelo en toda la piel
zona se encuentran en las etapas de descanso. Estos pelos de descanso no puede ser
efectuada por láser o tratamiento con luz de depilación. Sin embargo
pelos en la fase de crecimiento anágena responder. Es
tanto, es importante entender que es posible que un cabello completo
ciclo de crecimiento para lograr resultados completos cuando se hace cualquier energía
la eliminación del vello basada. Este calor no destruye la raíz
las células (papila) responsable del crecimiento de pelo en el descanso
fases (catágena y telógeno). Esta es una de las principales razones
que los tratamientos múltiples son necesarios para lograr la deseada
resultados de cualquier tratamiento basado en la energía.

P. ¿Con qué frecuencia debo usar Espil BSL-10?
Al igual que con cualquier resultado basado en la luz o el dispositivo de láser de depilación,
no son instantáneos, y se podría pensar nada se ha logrado
en absoluto. Los tratamientos deben realizarse cada 2-4 semanas en
por lo menos 3 sesiones, y hasta 7.8 si es necesario. Después de 6 meses de
resultados de reuniones plenarias (70 ~ 90%) debe lograrse.

P. ¿Hay algún efecto secundario al uso de la Espil BSL-10?
Cuando se utiliza según las instrucciones, efectos secundarios y
complicaciones asociadas con el uso de Espil BSL-10 son poco frecuentes.
Sin embargo todos los procedimientos cosméticos, incluidos los diseñados para
uso en el hogar, implica cierto grado de riesgo. Usted puede experimentar algunos
hormigueo, ardor, picazón, manchas rojas, pigmentación más oscura, o
dolor leve al usar este dispositivo. Un poco de malestar es normal.

P. ¿Espil BSL-10 duele?
Cuando se utiliza correctamente la mayoría de los usuarios de Espil BSL-10 dicen que se sienten un ligera sensación de calor en el momento del pulso de luz.
El nivel de energía se refiere a la intensidad del pulso de luz que se proyectada en la piel durante el uso, desde el nivel más bajo (-) para el nivel más alto (+). Luces indicadoras del panel de control ilustran el nivel de energía en el que se establece en la máquina. A medida que el aumenta el nivel de energía, también lo hacen los resultados de Espil BSL-10 como así como el riesgo de efectos secundarios. Siempre comenzar su primer uso de Espil BSL-10 en la posición más baja energía (una luz en "-")!
Sólo si tiene poca o ninguna molestia durante y después uso de Espil BSL-10, y así sucesivamente para cada depilación posterior período de sesiones.

Usuarios con el pelo grueso y oscuro se puede sentir un poco más molestias, pero esta molestia desaparece una vez que la eliminación del vello período de sesiones se ha completado. Afeitar el área de la piel antes de usar Espil BSL-10. Afeitado puede reducir la sensación de hormigueo, ardor o dolor durante el uso.

Si la zona a tratar o el filtro del cartucho es sucia que podría hacer que el dispositivo más daño. Así que el área que se está tratamiento debe ser afeitado bien y el filtro limpiarse con un paño seco.

P. ¿En qué parte del cuerpo puede Espil BSL-10 se utiliza?
El Espil BSL-10 dispositivo ha sido diseñado para tratamientos corporales en cualquier lugar por debajo del cuello. Las áreas más comunes tratadas con Espil BSL-10 son: piernas, axilas, brazos e ingles para las mujeres! Pecho, espalda, piernas y brazos de los hombres. Espil BSL-10 no es se recomienda su uso en la cara, y no puede ser adecuado para todo el mundo. El BSL Espil-10 también no se debe usar en la cara, ya que esto puede provocar el crecimiento del vello no deseado o daño a los ojos. Dado que el tratamiento de la cara puede resultar en efectos secundarios serios, recomiendan el tratamiento en una clínica.

P. ¿Espil BSL-10 en vigor el pelo blanco, gris o rubio?
Espil BSL-10 funciona mejor en los tipos de cabello más oscuro y el cabello que contiene más melanina. La melanina es el pigmento que da el pelo y la piel su color, y se absorbe la luz con mayor eficacia.
Negro y el pelo castaño oscuro responder lo mejor, aunque de color marrón y luz pelos marrones también responderá, pero suelen requerir más sesiones de los resultados deseados.

Limpieza y eliminación de Espil BSL-10
Desenchufe Espil BSL-10 y mantener este dispositivo fuera del alcance de los niños.
Utilice un paño seco y limpio y un limpiador especialmente formulado para equipos electrónicos para limpiar suavemente Espil BSL-10 superficie, especialmente la punta del aplicador. Cuando Espil BSL-10 ha alcanzado el final de su vida, por favor contacte a su local de reciclaje centro o disponer de él adecuadamente.
No guarde el dispositivo en temperaturas superiores a 40 ° centígrados. (104 ° F)

Solución de problemas
1. Un pulso de luz no se emite al pulsar el interruptor de pulso
-Asegúrese de que el cable de alimentación está correctamente conectado a la Espil

BSL-10 del dispositivo. y el cable de alimentación está enchufado a una toma
toma de corriente de la pared. A continuación, pulse el botón de encendido / apagado para encender
Espil BSL-10 en.
-Asegúrese de que la sustitución de la lámpara está correctamente instalado.
-Asegúrese de que el indicador READY esté encendido.
-Verifica en el SISTEMA DE ALERTA luz indicadora.
Si el SISTEMA DE ALERTA indicador luminoso está encendido, gire el
Espil BSL-10 y vuelva a encenderla de nuevo pulsando el botón POWER ON / OFF
Dos veces el interruptor.
Asegúrese de que usted tiene un buen contacto con la piel y que la
Punta del aplicador es uniforme y firme pegada a la piel. A continuación,
presione el botón de pulso para producir un pulso.

2. Si la máquina se calienta en exceso.
También se escuchará un ruido del ventilador. El ventilador ayuda a mantener el
las áreas no afectadas fresco. Incluso este ventilador ayuda a mantener el área
en todo el cabello fresco afectados, todavía es común sentir una
caliente, sensación de hormigueo con el uso.
El ventilador de enfriamiento de Espil BSL-10 ayuda a mover el aire para mantener el
componentes refrigerados a temperaturas normales de funcionamiento. Cuando se
utilizarlo en la configuración de alta, aún puede hacer que la máquina
sobrecalentamiento. Si eso sucede, tendrá que darle algún tiempo
se enfríe antes de intentar de nuevo.

3. Asegúrese de que el indicador de preparado está encendida.
Si el indicador de "listo permanece apagado, gire Espil BSL-10 y de
de nuevo pulsando el botón de encendido / apagado en dos ocasiones.

Rendimiento medio ambiente
Temperatura: -10 <TC <30 C
Humedad relativa: 30% <% HR <85%

Especificaciones
Modelo No.: BSL-10
Tecnología: Los pulsos de luz intensa
Tamaño del punto: 20 mm x 30 mm (60 mm ²)
Longitud de onda: 475 - 1200nm
Requisito eléctrico: 100-240VAC. 2A

Garantía
Espil BSL-10 se compromete con la calidad. Cada Espil BSL-10 del pelo
sistema de eliminación es rigurosamente por la calidad y
rendimiento. Nuestra garantía limitada de 1 año cubre los defectos de
materiales y mano de obra de su Espil BSL-10. Se le
cobrará por la reparación si la compra se llevó a cabo más de un
hace un año.

Atención al cliente
Si su Espil BSL-10 se ha roto, dañado, en necesidad de reparación o
para cualquier otro tipo de asistencia Espil BSL-10 de usuario, póngase en contacto con
Espil BSL-10 de servicio al cliente.
CO BNB MÉDICA, LTD.
Room404, Hyundai Hyel, 779-11, Gwangjin Jayang-Dong-Ku, Seúl,
Corea del Sur